

# Kalibratie Certificaat Certificat d' Etalonnage

We measure it.



Certificaat Nr: **Certificat N°:** 1412345\_1  
Toestel type: **Type d'appareil:** 720  
Serienr. toestel: **N° de série d'appareil:** 0560 7208/412 12345678  
Serienr. sonde: **N° de série sonde:** 0609 1272 412  
O.Ref.: **N.ref.:** 21702170

Firma: **Firme:** TESTO NV

Adres: **Adresse:** Industrielaan, 19  
B-1740 TERNAT

Hiermee bevestigen wij dat bovenvermeld toestel onder een kwaliteitssysteem volgens  
DIN ISO 9001 gekalibreerd werd.

De voor deze kalibratie benodigde meetinstrumenten worden regelmatig gekalibreerd en zijn  
herleidbaar naar de Nationale standaard van de Belgische Kalibratie Organisatie  
of naar internationale standaarden.

Al de benodigde meetgegevens kunnen op de volgende pagina(s) teruggevonden worden

*Nous confirmons par la présente que cet appareil a été étalonné sous la surveillance d'un  
système d'assurance qualité selon la norme DIN ISO 9001.*

*Les installations de mesure utilisées pour cet étalonnage sont étalonnées de façon régulière et  
s'appliquent aux normes nationales de l' Organisation Belge d' Etalonnage*

*ou aux normes internationales.*

*Toutes les valeurs de mesures nécessaires peuvent être retrouvées sur les pages suivantes.*

## Conformiteitsverklaring / Déclaration de conformité

- Meetwaarden binnen de technische specificaties / Valeurs de mesures dans les spécifications  
 Meetwaarden buiten de technische specificaties / Valeurs en dehors des spécifications

## Opmerkingen / Remarques

Kalibratiedatum  
**Date d'étalonnage**

10/01/2014

Uitvoerder  
**Executant**

Joris Raspoet

Verantwoordelijke kalibratie  
**Responsable Etalonnage**

Marc Vandenberghe

We measure it.



## Meetinstallatie / Installation de mesure

certif. Nr./N°. 1412345\_1

### Beschrijving Description

### Certificaat nr N° de certificat

IRTD probe M2806 / IRTD-500	DAkks T0027
Referentiemeetinstrument testo 735 met voeler 0614 0235 <i>Appareil de référence testo 735 avec sonde 0614 0235</i>	DAkks T50703
Referentiemeetinstrument testo 735 met voeler 0614 0240 <i>Appareil de référence testo 735 avec sonde 0614 0240</i>	DAkks T50702
Referentiemeetinstrument testo 735 met voeler 0614 0235 <i>Appareil de référence testo 735 avec sonde 0614 0235</i>	DAkks T50701
Thermokoppel type S / Thermocouple type S	DAkks T50707

## Omgevingscondities / Conditions d'ambiances

Temperatuur / Température	21 °C	±4°C
Vocht / Humidité	49 %rv	±30%rv

## Meetprocedure / Procédure de mesure

Vergelijkende meting in turbulent oliebad, ethanolbad  
*Mesure comparative dans un bain d'huile turbulent, bain d'éthanol*

## Meetresultaten / Résultats de mesure

Meetonzekerheid van de referentiewaarde <i>Incertitude de mesure de la référence</i>	± 0,4K	(-80°C--50°C)
	± 0,1K	(-50°C-100°C)
	± 0,3K	(100°C-250°C)
	± 2K	(300°C-1000°C)

	Referentie Référence	Aflezijng Lecture	Afwijking Déviation
Temp. in °C	-18,0	<b>-18,1</b>	-0,1
Temp. en °C	0,0	<b>0,0</b>	0,0
	60,0	<b>59,9</b>	-0,1