

Testo Kft. Kalibráló laboratórium

Akkreditált Kalibrálási szolgáltatások árlistája. Érvényes: 2017.06.01-től visszavonásig

Akkreditálási szám: NAH-2-0303/2017



Kalibrálás tárgya	Kalibrálási pontok/tartomány	Rendelési szám Laboratóriumban	Rendelési szám Helyszínen	
Hőmérséklet				
Digitális kijelzésű hőmérők levegő/merülő/ beszűrő érzékelőkkel, hőelemekkel	Választható levegő érzékelő	3 ponton: -40...+180 °C	28 0520 0101	
	Választható levegő érzékelő	2 ponton: -40...+180 °C	28 0520 0041	
	Választható levegő érzékelő	3 ponton: +5...+55 °C		28 0521 0101
	Választható merülő/beszűrő érzékelő	3 ponton: -35...+200 °C	28 0520 0101	
	Választható merülő/beszűrő érzékelő	2 ponton: -35...+200 °C	28 0520 0041	
	Választható merülő/beszűrő érzékelő	3 ponton: -20...+150 °C		28 0521 0101
	Választható Plusz hőmérséklet kalibrálási pont		28 0529 0003	28 0529 0003
Hőmérséklet adatgyűjtők, hőmérséklet távadók, Saveris érzékelők, testo 480 mérőműszer és érzékelők	Választható levegő érzékelő	3 ponton: -40...+180 °C	28 0520 0141	
	Választható levegő érzékelő	3 ponton: +5...+55 °C		28 0521 0141
	Választható merülő/beszűrő érzékelő	3 ponton: -35...+200 °C	28 0520 0141	
	Választható merülő/beszűrő érzékelő	3 ponton: -20...+150 °C		28 0521 0141
	Sztenderd	-18/+5/+30 °C	28 0520 0152	
	Sztenderd	0/25/50 °C	28 0520 0153	
	Sztenderd	2/8/15/25 °C	28 0520 0440	
	Választható testo 174 / 184	3 ponton a m.tart.-ban	28 0520 0171	
	Sztenderd testo 174 / 184	-18/+5/+30 °C	28 0520 0441	
	Sztenderd testo 174 / 184	0/25/50 °C	28 0520 0442	
Sztenderd testo 174 / 184	2/8/15/25 °C	28 0520 0151		
Választható Plusz hőmérséklet kalibrálási pont		28 0529 0003	28 0529 0003	
U-érték kalibrálás	U-érzékelő (0614 1635) + egy hőmérséklet érzékelő együttes kalibrálásra	28 0520 0481		
Felület hőmérséklet				
Felületi hőmérők kontakt hőmérséklet érzékelőkkel	Sztenderd	60/120/180 °C	28 0520 0071	
	Választható	-20...+300 °C	28 0520 0121	28 0521 0121
	Választható Plusz hőmérséklet kalibrálási pont		28 0529 0003	28 0529 0003
Infra hőmérséklet				
Infra hőmérők	Választható	3 ponton: -20...+150 °C	28 0520 0102	28 0521 0102
	Sztenderd	0/25/50 °C	28 0520 0401	
	Sztenderd	50/100/150 °C	28 0520 0002	
	Választható Plusz hőmérséklet kalibrálási pont		28 0529 0003	28 0529 0003
Hőkamerák	Választható 1 pozícióban mérve	3 ponton: -20...+150 °C	28 0520 0496	28 0521 0496
	Választható 5 pozícióban mérve	3 ponton: -20...+150 °C	28 0520 0495	
	Választható Plusz hőkamera kalibrálási pont		28 0529 0007	28 0529 0007
Páratartalom				
Digitális páratartalom mérők	Választható	3 ponton: 5...95 %RH	28 0520 0106	28 0521 0106
	Sztenderd	11/40/75 %RH	28 0520 0166	28 0521 0166
	Választható újrakalibrálás ②	3 ponton: 5...95 %RH	28 0529 0106	
	Sztenderd újrakalibrálás ②	11/40/75 %RH	28 0529 0166	
	Választható Plusz páratartalom kalibrálási pont: 5...95 %RH		28 0529 0008	28 0529 0008
	Választható Páramérő beszabályozás (kalibrálási bizonyítvány nélkül)		28 0000 0006	
Páratartalom adatgyűjtők, páratartalom távadók, Saveris érzékelők, testo 480 mérőműszer	Választható	3 ponton: 5...95 %RH	28 0520 0066	28 0521 0066
	Sztenderd	11/40/75 %RH	28 0520 0176	28 0521 0176
	Választható testo 174H / 184H	3 ponton: 5...95 %RH	28 0520 0236	
	Sztenderd testo 174H / 184H	11/40/75 %RH	28 0520 0276	
	Választható újrakalibrálás ②	3 ponton: 5...95 %RH	28 0529 0066	
	Sztenderd újrakalibrálás ②	11/40/75 %RH	28 0529 0176	
	Választható Plusz páratartalom kalibrálási pont: 5...95 %RH		28 0529 0008	28 0529 0008
	Választható Páramérő beszabályozás (kalibrálási bizonyítvány nélkül)		28 0000 0006	28 0000 0006
Légsebesség				
Hődrótos, szárny- kerekes, hógömbös légsebességmérők, pitot (Prandtl) csővek	Sztenderd	0,3/0,5/0,8/1,5 m/s	28 0520 0024	
	Sztenderd	1/2/5/10 m/s	28 0520 0004	
	Sztenderd	5/10/15/20 m/s	28 0520 0034	
	Választható	4 ponton: 0,2...30 m/s	28 0520 0104	
	Választható Plusz légsebesség kalibrálási pont: 0,2...30 m/s		28 0529 0044	

Testo Kft. Kalibráló laboratórium

Akkreditált Kalibrálási szolgáltatások árlistája. Érvényes: 2017.06.01-től visszavonásig

Akkreditálási szám: NAH-2-0303/2017



Kalibrálás tárgya	Kalibrálási pontok/tartomány	Rendelési szám Laboratóriumban	Rendelési szám Helyszínen
Füstgáz			
Elektrokémiai mérőcellás mérőműszerek	O ₂	28 0529 0303	
	CO	28 0529 0304	
	O ₂ , CO	28 0529 0301	
	O ₂ , CO, NO	28 0529 0302	
pH mérő (visszavezetett kalibrálás)			
pH mérő műszerek	Sztenderd - besabályozással	4/7 pH	28 0520 0037
Sütőolaj teszter (visszavezetett kalibrálás)			
Sütőolajminőség mérők	Sztenderd - besabályozással	4/24 % TPM (50 °C-on)	28 0520 0028

- ① A vállalási határidő a műszerek mennyiségétől, illetve a labor terheltségétől függően hosszabb lehet.
- ② A szolgáltatás megrendelésével a műszert besabályozzuk: amennyiben a műszer hibája meghaladja azt a rendelkezésre álló, specifikációban rögzített értéket, mely mellett a "megfelelt" minősítés nem lenne adható. Minősítést csak a megrendelő külön kérésére adhatunk. A minősítés díjmentes. Besabályozás esetén a szolgáltatás 2 db kalibrálást (talált és besabályozott állapot) tartalmaz. Besabályozást csak az arra alkalmas készüléken tudunk végezni!

További információ:

kalibralas@testo.hu

Tel./Fax.:

1-237-1745

Cím:

1139 Budapest, Röppentyű u. 53.