



testo • Chytré sondy

Krátký návod k obsluze

Všechny Chytré sondy lze používat pouze ve spojení s chytrým zařízením (telefon/tablet) a přes aplikaci testo Smart Probes App.



1 Bezpečnost

1.1. Bezpečnost a testy 510i

VAROVÁNÍ

Magnetické pole!
Riziko nebezpečí pro osoby s kardiostimulátory.

- > Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm mezi kardiostimulátorem a přístrojem.

1.2. Bezpečnost a testy 549i

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku natlakovaných, horkých, studených nebo toxických chladiv / médií!

- > Přístroj smí používat pouze kvalifikovaní pracovníci.
- > Noste ochranné brýle a rukavice.
- > Před aplikací tlaku na měřicí přístroj: vždy pevně zajistěte přístroj na tlakovou přípojku.
- > Dodržujte přípustný měřicí rozsah (-1 až 60 bar). Obzvláště pak u systémů s chladivem R744, které často operují za vyšších tlaků!

1.3. Bezpečnost a testy 805i

POZOR

Laserové záření! (laser třídy 2)

- > Nedívejte se přímo do laserového paprsku!


2 Přehled



- 1 Sonda
- 2 Indikace LED
- 3 Tlačítko
- 4 Schránka baterií (zadní strana)

3 Zapnutí / vypnutí chytré sondy

3.1. Zapnutí chytré sondy



1. Vytáhněte fólii ze schránky baterií.
2. Stiskněte tlačítko na chytré sondě.
 - Chytrá sonda se zapne.

3.2. Vypnutí chytré sondy

1. Stiskněte a podržte tlačítko na chytré sondě.
 - Chytrá sonda se vypne.

4 Modul Bluetooth®

4.1. Navázání spojení Bluetooth®



Pro navázání Bluetooth® spojení je zapotřebí tablet nebo chytrý telefon s nainstalovanou aplikací pro chytré sondy testu Smart Probes App.

Aplikace je dostupná prostřednictvím App Store pro zařízení iOS a prostřednictvím Play Store pro zařízení Android.

Kompatibilita:

- Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější
- Vyžaduje Bluetooth® 4.0

4.2. Bluetooth® povolení



Modul Bluetooth® lze používat pouze v zemích, ve kterých bylo získáno oprávnění. Pro více informací, viz **Návod k obsluze**.

Pokyny FCC (Federal Communications Commission)

Tento přístroj splňuje část 15 směrnice FCC. Uvedení přístroje do provozu podléhá dvěma následujícím podmínkám:

- (1) Tento přístroj nesmí vyvolávat žádná nebezpečná rušení
- (2) Tento přístroj musí být schopen přijímat rušení, i v případě, že taková mohou mít nežádoucí vliv na provoz.

6 Přenos naměřených hodnot

Změny

FCC požaduje, aby byl uživatel upozorněn na to, že veškeré změny a modifikace na přístroji, které nebyly společností Testo AG výslovně schváleny, mohou uživatele zbavit práva na užívání přístroje.

5 Indikace LED

LED	Význam
Bliká červeně	<ul style="list-style-type: none">• Kapacita baterie je příliš nízká.
Bliká žlutě	<ul style="list-style-type: none">• Chytrá sonda je zapnuta.• Chytrá sonda hledá BT spojení, ale není připojena.
Bliká zeleně	<ul style="list-style-type: none">• Chytrá sonda je zapnuta.• Spojení Bluetooth* je vytvořeno.

6 Přenos naměřených hodnot

- ✓ Chytrá sonda je zapnuta a propojena s Vaším mobilním zařízením pomocí Bluetooth*.
1. Aktuální naměřené hodnoty jsou automaticky zobrazeny v aplikaci pro chytré sondy Smart Probes App.
 2. Stiskněte tlačítko.
 - Aktuálně zobrazená měřená hodnota je podržena na displeji.
 3. Znovu stiskněte tlačítko.
 - Aktuálně měřené hodnoty jsou opět zobrazovány.



Dané informace pro uvedení přístroje do provozu popisují pouze základní informace v souvislosti s ovládním přístroje. Pro více informací o přístroji a o způsobech jeho ovládní, viz **Návod k obsluze** konkrétního přístroje.



Testo s.r.o.

Jinonická 80
158 00 Praha 5

Telefon: 222 266 700
Fax: 222 266 748
E-mail: info@testo.cz
Internet: www.testo.cz

0970 4920/cz/12/2015
0970 4920 en 01