

Lux-sonde

Toepassingsinstructie



Toepassing

De Lux-sonde 0635 0543 dient in combinatie met de testo 480 voor het bepalen van de verlichtingssterkte voor de beoordeling van werkplekken.

Overzicht



Technische gegevens

Eigenschap	Waarden
Meetbereik	0...100 000 Lux
Nauwkeurigheid volgens DIN 5032-7 in combinatie met testo 480	f1 = 6% V-Lambda f2 = 5% cos Klasse C

i De digitale voeler maakt een directe verwerking van de meetwaarde in de voeler mogelijk. De meetonzekerheid van het instrument valt weg door deze technologie.

Voor de kalibratie kan de sonde alleen (zonder handinstrument) worden opgestuurd.

Door de verrekening van de vastgestelde kalibratiegegevens in de voeler wordt een nulafwijkingindicatie gegenereerd.

