



Měřicí přístroj teploty a pH

testo 205



Špička pH-metru je uložena v odolném plastu

Kombinovaná vpichovací špička s teplotním čidlem

Bezúdržbový gelový elektrolyt

Možnost výměny měřicí špičky uživatelem

Automatické rozeznání konečné hodnoty (Auto-Hold)

2-řádkový, podsvícený displej

Možnost kalibrace v 1, 2 nebo 3 bodech

Přístroj testo 205 je robustní potravinářský vpichovací přístroj pro měření teploty a hodnoty pH s automatickou kompenzací teploty. Robustní vpichovací měřicí špička je výměnná a díky mezistěně je odolná proti nečistotám.

Přístroj se velmi dobře hodí pro měření hodnoty pH v polotuhých médiích, jako např. v masě. Uchovávací krytka s gelovým elektrolytem slouží pro skladování sondy mezi měřeními.

Technická data / Příslušenství

testo 205

Ruční měřicí přístroj testo 205 pro měření pH/°C se vpichovací sondou, uchovávací krytkou s gelem a držákem na stěnu/opasek




Obj.č. 0563 2051

Technická data

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Skladovací teplota | -20 ... +70 °C |
| Provozní teplota | 0 ... +50 °C |
| Typ baterie | 4 x knoflíková baterie LR44 |
| Životnost | 80 h (Auto Off 10 Min) |
| Hmotnost | 135 g |
| Rozměry | 145 x 38 x 167 mm |
| Displej | 2-řádkový LCD |

Základní sestava testo 205

Ruční měřicí přístroj testo 205 pro měření pH/°C se vpichovací sondou, uchovávací krytkou, gelem a kalibračními lahvičkami 250 ml pH 4+7, držákem na stěnu/opasek a hliníkovým kufr



Obj.č. 0563 2052

Typy sond

| | pH-elektroda | NTC |
|-------------------|--------------|---|
| Měřicí rozsah | 0 ... 14 pH | 0 ... 60 °C (krátkodobě až +80 °C max. 5 min) |
| Přesnost ±1 digit | ±0.02 pH | ±0.4 °C |
| Rozlišení | 0.01 pH | 0.1 °C |

Příslušenství

| Příslušenství pro měřicí přístroj | Obj.č. |
|---|--------------|
| Náhradní sonda pro testo 205 včetně krytky s uchovávacím gelem | 0650 2051 |
| Uchovávací krytka pro testo 205 s gelovou náplní KCL | 0554 2051 |
| Knoflíková baterie typu LR 44, 1,5 V (4 ks) | 0515 0032 |
| pH puffer 4,01 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DKD | 0554 2061 |
| pH puffer 7,00 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DKD | 0554 2063 |
| Prvotní ISO kalibrace - nový ph metr testo (1 snímač, 3 kalibrační body) | 31 0103 0601 |

Testo, s.r.o.

Jinonická 80, 158 00 Praha 5
 Telefon: 222 266 700
 Fax: 222 266 748
 E-mail: info@testo.cz
 Internet: www.testo.cz