



Teploměr / vlhkoměr

**testo 623 - měření ovzduší
v místnosti s funkcí historie**

Analýza uplynulých naměřených hodnot teploty
a vlhkosti přímo na místě

Histogram ukáže výsledky měření za posledních 90 dní

Přehled o všech důležitých hodnotách

Velký, optimálně čitelný displej



%rv

°C

Teploměr a vlhkoměr testo 623 paralelně zobrazuje na velkém, přehledném displeji aktuální a uplynulé hodnoty teploty a vlhkosti a také datum a čas. Tímto způsobem máte stále přehled o všech důležitých hodnotách.

Zobrazovaná analýza průběhu nabízí optimální vyhodnocení výsledků měření za posledních 90 dní. Přístroj testo 623 se tak ideálně hodí pro rychlou kontrolu ovzduší v místnosti, přímo na místě, bez náročné analýzy na počítači.

Díky dlouhodobě stabilnímu senzoru nabízí měřicí přístroj ještě i po letech spolehlivé a korektní výsledky měření.

Zařízení pro zavěšení a postavení umožňuje flexibilní umístění přístroje na stole nebo na zdi.

Uživatelsky velmi příjemný: kalibrace a srovnání měřicích přístrojů s pomocí volitelného kalibračního a srovnávacího softwaru je možná přímo na místě měření.

Technická data / Příslušenství

testo 623

testo 623 hygrometr s funkcí zobrazení historie naměřených hodnot, vč. baterií, materiálu pro montáž a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0560 6230

~~Cena: 4.245,-~~

Akční cena: 3.336,- Kč



Technická data

| | |
|--------------------|-------------------|
| Interval měření | 20 s |
| Skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| Provozní teplota | -10 ... 60 °C |
| Životnost baterií | 12 měsíců |
| Hmotnost | 240 g |
| Rozměry | 185 x 105 x 36 mm |

Typy senzorů

| | NTC | Kapacitní vlhkostní senzor Testo |
|---------------------|---------------|---|
| Měřicí rozsah | -10 ... 60 °C | 0 ... 100 %rv |
| Přesnost (±1 digit) | ±0,4 °C | ±2 %rv při 25 °C (10 ... 90 %rv) ±3 %rv (zbytek rozsahu) |
| Rozlišení | 0,1 °C | 0,1 %rv |

Příslušenství

| Příslušenství pro měřicí přístroj | Obj. č. | Kč |
|---|--------------|---------|
| Prvotní akreditovaná kalibrace teploty | 31 0102 0101 | 840,- |
| Prvotní ISO kalibrace teploty | 31 0103 0101 | 588,- |
| Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti | 31 0102 0201 | 1.050,- |
| Prvotní ISO kalibrace vlhkosti | 31 0103 0201 | 735,- |



Testo, s.r.o.

Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Telefon: 222 266 700

Fax: 222 266 748

E-mail: info@testo.cz

www.testo.cz