

# USB hőmérséklet adatgyűjtő -80°C-ig

## testo 184 T4

---

Egyértelmű riasztás jelzés

---

Egyszerű kezelés

---

Felhasználóbarát konfiguráció szoftver telepítés nélkül

---

Kényelmes adatkiolvasás az automatikus PDF jegyzőkönyv készítés révén

---

Akár -80°C-os szállítási hőmérséklethez is

---



Ábra 1:1

A testo 184 T4 a legalacsonyabb hőmérsékletekhez lett kifejlesztve, például szárazjéggel hűtött készítmények, termékek szállításához (vérplazma). Az adatgyűjtő speciális alkatrészei akár -80°C-on is lehetővé teszik az adatgyűjtést. A célra érkezve egy pillantás alatt ellenőrizheti a beállított határértékeket. További információ kinyeréséhez elegendő az adatgyűjtőt egy PC-re csatlakoztatni - az adatgyűjtő azonnal létrehoz egy PDF jegyzőkönyvet minden szükséges adattal.

Ahhoz, hogy még hatékonyabban tudjon dolgozni az adatgyűjtővel, minden szükséges információ megtalálható a testo 184 T4 memóriájában: konfigurációs fájl, használati utasítás és PDF jegyzőkönyv a mentett adatokról.

## Műszaki adatok



### testo 184 T4

- Mért paraméter: hőmérséklet
- Működési idő: korlátlan

Rend.sz. 0572 1844

Fali tartó

Rendelési szám: 0554 1841



### Érzékelő

Mérési paraméterek	Hőmérséklet
Hőmérséklet érzékelő	Pt1000
Méréstartomány	-80 ... +70°C
Pontosság	±0,8°C (-80 ... -35,1°C) ±0,5°C (-35 ... +70°C)
Felbontás	0,1 °C

### Általános műszaki adatok

Tápegység	Lítium elem TLH-2450, 3V, cserélhető
Működési idő	Korlátlan
Elem élettartam	100 nap (15 perces mérési ciklusnál)
Mérési gyakoriság	1 perc ... 24 óra
Memória	40,000 mért adat
Riasztó jelzés	LED
Méret	44 x 12 x 97 mm
Súly	45 g
Védelmi osztály	IP67
Üzemi hőmérséklet	-80 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet	-80 ... +70 °C
Tanúsítványok	EN 12830-szabvány (C,D) HACCP tanúsítvánnyal testo ComSoft szoftverrel együtt kompatibilis a CFR 21, Part 11-el

## Tartozékok

	Rend.sz.
testo 184 fali tartó	0554 1841
Lítium elem TLH-2450	0515 5840
ComSoft Professional szoftver a Testo adatgyűjtők programozásához, kiértékeléshez, valamint archiváláshoz	0554 1704
ComSoft 21 CFR Part 11 szoftver – validálható szoftver a Testo adatgyűjtők programozásához és az adatok archiválásához	0554 1705
Hordozható nyomtató testo 175/176/184	0572 0576
NAH Hőmérséklet 2/8/15/25°C	28 0520 0151
NAH Hőmérséklet kalibrálás 4 ponton	28 0520 0171