


Care data logger mă ajută cel mai mult în munca mea?



Valori limită importante pentru temperatură	Recepție mărfuri	Unități de depozitare
Carne proaspătă (animale cu copite, vânat mare)	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$
Carne proaspătă de pasăre, iepure de casă, iepure de câmp, vânat mic	$\leq +4\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +4\text{ }^{\circ}\text{C}$
Organe	$\leq +3\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +3\text{ }^{\circ}\text{C}$
Carne tocată (de la procesatori UE)	$\leq +2\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Preparate din carne (preparate și vândute la fața locului)	$\leq +2\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Preparate din carne (de la procesatori UE)	$\leq +4\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +4\text{ }^{\circ}\text{C}$
Preparate din carne (preparate și vândute la fața locului)	$\leq +4\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +4\text{ }^{\circ}\text{C}$
Produse din carne gătit, delicatose	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pește proaspăt	$\leq +2\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pește afumat	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$
Carne, pește - congelat	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$
Carne, pește - supracongelat	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$
Produse supracongelate	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$
Înghețată	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$
Produse lactate, recomandare	$\leq +10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Produse de patiserie cu umplutură coaptă parțial	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq +7\text{ }^{\circ}\text{C}$

Instrumentele folosite în sectorul alimentar ar trebui să fie certificate HACCP. Toate data loggerele pentru temperatură enumerate aici sunt conforme cu standardul EN 12830. Toate data loggerele și sistemele de monitorizare enumerate aici ar trebui calibrate anual, în conformitate cu standardul 13486.